

鹤山市疾病预防控制中心全自动核酸提取仪采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，鹤山市疾病预防控制中心以评分方式采购全自动核酸提取仪，现通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与本项目采购。

一、采购项目名称和价格

序号	设备名称	数量	单位	预算限价	保修期
1	全自动核酸提取仪	1	台	149838.15元	不小于两年

★2. 供应商需承担设备接口费（如产生接口费）。

二、采购项目要求及提交以下资料并盖章

- 1、采购报价单（含设备名称（需按注册证名称）、生产厂家、品牌型号、保修期以及供货期等）（详见附件一）
- 2、产品技术参数响应表（详见附件二）
- 3、供应商、生产商有关证件（包括营业执照、医疗器械经营（生产）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等）
- 4、产品注册证或备案凭证

- 5、产品相关的生产、代理或者经销资格证明（各级授权书及业务员授权书）
- 6、产品配置清单
- 7、售后服务承诺书、方案
- 8、产品彩页介绍
- 9、同类销售业绩情况
- 10、提供在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道查询的信用记录，并加盖单位公章。

三、询价文件的获取

通过鹤山市疾病预防控制中心（<http://www.heshan.gov.cn/gzjg/sydw/hsswsjds/>）网上下载，投标单位（包括江门市的投标单位和外地的投标单位）必须通过鹤山市疾病预防控制中心网上下载招标文件。

四、本公告期限：（5 个工作日）自 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日止。

五、接收投标文件截止时间：2025 年 12 月 9 日 11 时 30 分。

六、提交投标文件地点：鹤山市疾病预防控制中心办公室（鹤山市沙坪镇人民南路 18 号）。

七、开标时间和地点：2025 年 12 月 9 日 15 时 30 分，
鹤山市疾病预防控制中心三楼会议室（鹤山市沙坪街道人民
南路 18 号）。

八、联系事项：

1. 招标人：鹤山市疾病预防控制中心。
2. 地址：鹤山市沙坪街道人民南路 18 号。
3. 联系人：易美华 0750-8818313



一、附件

1、鹤山市疾控中心全自动核酸提取仪采购报价单

2、鹤山市疾控中心全自动核酸提取仪参数偏离表

二、商务要求

1、 交货期：合同签订生效后 30 个日历日内完成交货及安装调试。

2、 付款方式：分期付款

（1）合同签订生效后的 15 个工作日内，将合同总金额的 30% 支付给中标供应商。

（2）设备运到指定地点安装调试、验收合格且正常运行后的拨款到账后 30 个日历日内，将合同总金额的 70% 支付给中标供应商。

三、技术参数及配置清单

1、 主要用途：核酸提取仪是一种用于生物样本中自动、高效地分离和纯化核酸（DNA 或 RNA）的样本前处理实验仪器，生物样本类型主要有全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE 组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等。

2、 工件条件：

2.1 环境温度：5~40℃。

2.2 相对湿度：40~80%。

2.3 工作电压：220V±10%V。

3、技术指标：

1. 方法学：磁珠法
2. 最高通量：32 个/次
3. 处理时间：≤10min/次
4. 样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE 组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等
5. 程序储存：内建 5 组模式程序，可存储>500 组程序
6. 吸磁能力：磁棒磁通量≥5500 高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险
7. 磁珠回收率：≥98%
8. 防交叉污染：具备紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能
9. 智能程序：智能紫外灯消毒与自动关机
10. 断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验
11. 故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除
12. 开机自检：开机自动初始化并温控自检
13. 舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行

14. 仪器有获得国家知识产权局专利证书，保证仪器的原研性和先进性
15. 配套试剂：配套病毒采样管、病毒核酸提取试剂，提供备案证以证明，符合指南建议配套要求，满足全流程质控。
16. 节约耗材：可配备有 4 人份、8 人份、16 人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材；
17. 生产厂家获得国家质量管理体系 ISO9001、ISO13485 认证。